



## **CURSO INSPEÇÃO INVESTIGATIVA**

# **UTILIZANDO O SISTEMA NOTIVISA**

*PASSO A PASSO*

**José Romério Rabêlo Melo**  
**Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária**

**Gerência de Fiscalização de Produtos Sujeitos a Vigilância Sanitária-  
GFISC/GGFIS/SUCOM/ANVISA**

**Curitiba-PR, setembro de 2015**



**ANVISA**  
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Ministério da  
Saúde



## Proteção à Saúde

- Agrotóxicos e Toxicologia
- Alimentos
- Cosméticos
- Derivados do Tabaco
- Insumos Farmacêuticos
- Laboratórios
- Medicamentos
- Portos, Aeroportos e Fronteiras
- Produtos para a Saúde
- Saneantes
- Sangue, Tecidos e Órgãos
- Serviços de Saúde

## Pós - Comercialização / Pós - Uso

- Vigipós
- Fiscalização
- Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED
- Tecnovigilância




### Reunião pública avalia normas para eventos de massa

A Diretoria Colegiada da Anvisa faz nesta quinta feira (27/8), a 16ª Reunião Pública de 2015. Na pauta está a discussão sobre duas propostas voltadas para a realização de eventos de massa no país. A primeira norma trata da prestação de serviço de alimentação em eventos de massa; a segunda é uma proposta de regulamento sobre a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária e destinados aos eventos de grande porte. [Assista](#) em tempo real

+ VER MAIS

### Destaques



### Consulta Produtos



Tire suas dúvidas sobre produtos e empresas.

[ACESSE AQUI](#)



### Notificação - Notivisa



Relate aqui problemas encontrados no uso dos produtos sob vigilância sanitária.

[ACESSE AQUI](#)



### Notícias

27/8 | 14h45



# NOTIVISA

Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária

Acesso ao Sistema

[apresentação](#) [manual](#) [cadastro](#) [esquemas XML](#) [alertas](#) [legislação](#) [relatórios](#) [links de interesse](#) [fale conosco](#)

## [Alertas de 2014](#)

[Alertas de 2013 \(a partir de 13 de novembro\)](#)

[Alerta 1324: Alerta de segurança sobre o SISTEMA DE RESSUSCITAÇÃO AUTOPULSE MOD. 100, da Zoll](#)

[Alerta 1323: Alerta de segurança sobre ACELERADOR LINEAR ELEKTA, da Elekta](#)

[Alerta 1322: Alerta de segurança para uso da máquina HOMECHOICE PARA DIÁLISE PERITONEAL, da Baxter](#)

[Alerta 1321: Possibilidade de fratura do fio do sistema de liberação do dispositivo ENDOPRÓTESE ANACONDA, da Terumo](#)

[Alerta 1320: Alerta sobre os Produtos ADVIA 1200 Chemistry System – Registro nº 10345160456; ADVIA 1650 Chemistry System - Registro nº 10345160453; ADVIA 1800 CHEMISTRY SYSTEM - Registro nº 10345160836; ADVIA 2400 Chemistry System - Registro nº 10345160471](#)

[Alerta 1319: Alerta sobre o Produto Agulha Descartável EMBRAMAC – Registro 10201230119](#)

[Alerta 1318: Alerta sobre o Produto Agulha Descartável EMBRAMAC – Registro 10201230081](#)

[Alerta 1317: Alerta sobre o Produto Dissector PKS Lyons \(Classe de Risco II - Médio Risco\), registrado pela empresa Flex Lab](#)

[Alerta 1316: Alerta sobre o ACELERADOR LINEAR ELEKTA, da Elekta Ltda](#)

[Alerta 1315: Riscos associados à remoção do produto CÂNULA VENOSA QUICKDRAW, da Edwards](#)

[Alerta 1314: Alerta de segurança relacionado ao CALIBRADOR IMUNODIAGNOSTICO VITROS PARA CA 125 II, da empresa Johnson & Johnson do Brasil Ind. e Com. de Prod. para Saúde Ltda](#)

[Alerta 1313: Orientação de uso relacionada aos produtos RAPIDLab 1200 SYSTEMS; RAPIDPoint 400 Series e RAPIDPoint 500 SYSTEM, da empresa Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda](#)

[Alerta 1311: Alerta de Recolhimento do produto EMBOL-X GLIDE, da Edwards Edwards Lifesciences](#)

[Alerta 1310: Alerta de complementação de Instruções de Uso, da empresa Siemens Healthcare Diagnostics Inc.](#)

[Alerta 1309: Alteração nas Instruções de Uso do produto Grampeador circular - Registro Nº 80081350317, da empresa FLEX LAB COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA.](#)

[Alerta 1308: Recolhimento do produto Substituto ósseo sintético injetável Jectos - Registro Nº 80240590014, da empresa ORTECH MEDICAL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA](#)

[Alerta 1307: Correção de segurança em campo do produto Sistema de Imagem BrightView XCT, da empresa Philips Medical Systems Ltda](#)

[Alerta 1306: Recolhimento do produto Seringa Hipodérmica Descartável 60ml, da empresa Labor Import](#)

**Influenza A (H1N1)**  
notificação de antivirais

# Conhecendo a barra de Menu da página do Notivisa



## **Manual**

### **Requisitos de uso do sistema**

#### **1. Quais os requisitos que preciso ter no meu computador para acessar e navegar no NOTIVISA?**

É necessário possuir um computador com acesso à Internet utilizando um dos navegadores a seguir: Internet Explorer 6.0 ou superior e Firefox 1.5 ou superior.

Para acesso ao formulário de Evento Adverso de Medicamentos deverá ser utilizado o navegador Internet Explorer versão 6.0 ou superior.

Caso o navegador seja o Internet Explorer versão 9 ou superior é recomendável que realize o procedimento abaixo.

Ao acessar a página, o botão do Modo de Exibição de Compatibilidade será exibido na barra de endereços. Para ativar o Modo de Exibição de Compatibilidade, clique no botão Modo de Exibição de Compatibilidade para que o ícone mude de um contorno para uma cor sólida.

#### [Instruções Gerais](#)

#### [FAQ – Perguntas e Respostas no uso do NOTIVISA](#)

Orientações para preenchimento dos formulários de:  
(disponíveis em [PDF](#))

#### [Dicionário de exportação do Notivisa](#)

### **Assistência à Saúde**

Perguntas e respostas frequentes – Notificação de Assistência à Saúde

[Manual de notificação – Assistência à Saúde](#)

### **Medicamentos**

[Evento Adverso associado ao uso de Medicamento - Indústria](#)

[Evento Adverso associado ao uso de Medicamento - Profissional de Saúde](#)

[Queixa Técnica de Medicamentos](#)

### **Vacina e Imunoglobulina**

[Evento Adverso associado ao uso de Vacina e Imunoglobulina](#)

[Queixa Técnica de Vacina e Imunoglobulina](#)




# NOTIVISA

Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária

[Acesso ao Sistema](#)

[apresentação](#) [manual](#) [cadastro](#) [esquemas XML](#) [alertas](#) [legislação](#) [relatórios](#) [links de interesse](#) [fale conosco](#)



Para realizar/monitorar as notificações de incidentes, eventos adversos (EA) e queixas técnicas (QT) associadas ao uso de produtos e de serviços sob vigilância sanitária é necessário ter um cadastro junto a Anvisa. A própria instituição/empresa deve realizar o seu cadastro seguindo as orientações abaixo.



**Cadastro de Instituições: NÚCLEOS DE SEGURANÇA DO PACIENTE, HOSPITAIS, SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA, SERVIÇOS DE SAÚDE EM GERAL, VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS, SECRETARIAS DE SAÚDE, PREFEITURAS, FUNDOS MUNICIPAIS, FARMÁCIAS PÚBLICAS E LACENS**

1º passo – [Cadastrar uma instituição ou atualizar o seu cadastro](#)

Observação: Para atender a RDC 36/2013 (Segurança do Paciente), caso o serviço de saúde já possua cadastro, basta apenas enviar um email para [cadastro.sistemas@anvisa.gov.br](mailto:cadastro.sistemas@anvisa.gov.br) informando a Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ e CNES, e solicitar "ALTERAÇÃO DE SUB-CATEGORIA" para Núcleo de Segurança do Paciente. As Visas não poderão se cadastrar como Núcleo de Segurança do Paciente, portanto não tem necessidade de realização de um novo cadastro por parte dessas instituições.

2º passo – [Cadastrar os profissionais da instituição e atribuir os perfis de acesso \(GESTOR DE SEGURANÇA\)](#)

Veja as dúvidas mais frequentes relacionadas ao cadastro de instituições no Notivisa, [clikando aqui](#) (PDF)



**Cadastro de Empresas: CLÍNICAS PRIVADAS, LABORATÓRIOS PRIVADOS, DROGARIAS, FARMÁCIAS, EMPRESAS PRIVADAS E EMPRESAS DETENTORAS DE REGISTRO DE PRODUTOS SOB VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

1º passo – [Cadastrar uma empresa ou atualizar o seu cadastro](#)

2º passo – [Cadastrar os profissionais da empresa e atribuir os perfis de acesso \(GESTOR DE SEGURANÇA\)](#)



**Cadastro de profissionais de saúde liberais (sem vínculo com instituição/empresa)**

[Clique aqui para cadastrar o profissional de saúde liberal que não tem vínculo com instituição/empresa](#)

Profissional de Saúde Liberal – Pode notificar, pode retificar (corrigir/complementar) uma notificação enviada, pode visualizar (acompanhar) apenas as suas notificações enviadas e suas notificações são enviadas diretamente. Não consegue visualizar notificações de outros usuários.



**Cidadãos (acesso aos formulários de notificação de cidadão)**

[Clique aqui para acessar os formulário de notificação dos cidadãos](#)



**Gerenciamento de instituições (VISAS ESTADUAIS e REGIONAIS ESTADUAIS)**

[Clique aqui para acessar o Gerenciamento de instituições](#)

[Manual de Gerenciamento de Instituições \(pdf\)](#)



**ANVISA**

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Ministério da  
Saúde





# NOTIVISA

Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária

[Acesso ao Sistema](#)

[apresentação](#) [manual](#) [cadastro](#) [esquemas XML](#) [alertas](#) [legislação](#) [relatórios](#) [links de interesse](#) [fale conosco](#)







# NOTIVISA

Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária

[Acesso ao Sistema](#)

[apresentação](#) [manual](#) [cadastro](#) [esquemas XML](#) [alertas](#) [legislação](#) [relatórios](#) [links de interesse](#) [fale conosco](#)

## [Alertas de 2014](#)

### [Alertas de 2013 \(a partir de 13 de novembro\)](#)

[Alerta 1324: Alerta de segurança sobre o SISTEMA DE RESSUSCITAÇÃO AUTOPULSE MOD. 100, da Zoll](#)

[Alerta 1323: Alerta de segurança sobre ACELERADOR LINEAR ELEKTA, da Elekta](#)

[Alerta 1322: Alerta de segurança para uso da máquina HOMECHOICE PARA DIÁLISE PERITONEAL, da Baxter](#)

[Alerta 1321: Possibilidade de fratura do fio do sistema de liberação do dispositivo ENDOPRÓTESE ANACONDA, da Terumo](#)

[Alerta 1320: Alerta sobre os Produtos ADVIA 1200 Chemistry System – Registro nº 10345160456; ADVIA 1650 Chemistry System - Registro nº 10345160453; ADVIA 1800 CHEMISTRY SYSTEM - Registro nº 10345160836; ADVIA 2400 Chemistry System - Registro nº 10345160471](#)

[Alerta 1319: Alerta sobre o Produto Agulha Descartável EMBRAMAC – Registro 10201230119](#)

[Alerta 1318: Alerta sobre o Produto Agulha Descartável EMBRAMAC – Registro 10201230081](#)

[Alerta 1317: Alerta sobre o Produto Dissector PKS Lyons \(Classe de Risco II - Médio Risco\), registrado pela empresa Flex Lab](#)

[Alerta 1316: Alerta sobre o ACELERADOR LINEAR ELEKTA, da Elekta Ltda](#)

[Alerta 1315: Riscos associados à remoção do produto CÂNULA VENOSA QUICKDRAW, da Edwards](#)

[Alerta 1314: Alerta de segurança relacionado ao CALIBRADOR IMUNODIAGNOSTICO VITROS PARA CA 125 II, da empresa Johnson & Johnson do Brasil Ind. e Com. de Prod. para Saúde Ltda](#)

[Alerta 1313: Orientação de uso relacionada aos produtos RAPIDLab 1200 SYSTEMS; RAPIDPoint 400 Series e RAPIDPoint 500 SYSTEM, da empresa Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda](#)

[Alerta 1311: Alerta de Recolhimento do produto EMBOL-X GLIDE, da Edwards Edwards Lifesciences](#)

[Alerta 1310: Alerta de complementação de Instruções de Uso, da empresa Siemens Healthcare Diagnostics Inc.](#)

[Alerta 1309: Alteração nas Instruções de Uso do produto Grampeador circular - Registro Nº 80081350317, da empresa FLEX LAB COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA,](#)

[Alerta 1308: Recolhimento do produto Substituto ósseo sintético injetável Jectos - Registro Nº 80240590014, da empresa ORTECH MEDICAL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA](#)

[Alerta 1307: Correção de segurança em campo do produto Sistema de Imagem BrightView XCT, da empresa Philips Medical Systems Ltda](#)

[Alerta 1306: Recolhimento do produto Seringa Hipodérmica Descartável 60mL, da empresa Labor Import](#)

[Alerta 1305: Alerta de segurança sobre SOFTWARES DE VISUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE IMAGENS SEM REGISTRO NA ANVISA](#)

**Influenza A (H1N1)**  
[notificação de antivirais](#)



**ANVISA**

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Ministério da  
Saúde

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA



# NOTIVISA

Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária

[Acesso ao Sistema](#)

- [apresentação](#)
- [manual](#)
- [cadastro](#)
- [esquemas XML](#)
- [alertas](#)
- [legislação](#)
- [relatórios](#)
- [links de interesse](#)
- [fale conosco](#)



# NOTIVISA

Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária

acesso  
ao sistema

[apresentação](#) [manual](#) [cadastro](#) [esquemas XML](#) [alertas](#) [legislação](#) [relatórios](#) [links de interesse](#) [fale conosco](#)

## Legislação

[Geral](#)

[Medicamentos](#)

[Pesquisa Clínica](#)

Produtos para Saúde - [Artigos, Equipamentos Médico-Hospitalares e Kits Reagente para Diagnóstico \*In Vitro\*](#)

[Cosméticos, Produtos de Higiene Pessoal ou Perfumes](#)

[Uso de Sangue ou Componente](#)

[Saneantes](#)

[Agrotóxicos](#)



# NOTIVISA

Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária

[Acesso ao Sistema](#)

[apresentação](#) [manual](#) [cadastro](#) [esquemas XML](#) [alertas](#) [legislação](#) [relatórios](#) [links de interesse](#) [fale conosco](#)



[Evolução das notificações 2006 a 2013](#)

**Relatórios 2013 - Janeiro a Dezembro** - atualizado em 26/05/2014  
(em power point)

[Relatório gerencial dos eventos adversos, das queixas técnicas e das intoxicações relacionados com todos os produtos](#)

[Relatório gerencial dos eventos adversos e das queixas técnicas com todos os produtos](#)

[Relatório gerencial dos eventos adversos relacionados com todos os produtos](#)

[Relatório gerencial das queixas técnicas relacionadas com todos os produtos](#)

[Relatório gerencial das intoxicações relacionadas com todos os produtos](#)

**Relatórios 2012 - Janeiro a Dezembro** - atualizado em 31/01/2013  
(em power point)


[Relatório gerencial dos eventos adversos, das queixas técnicas e das intoxicações relacionados com todos os produtos](#)

[Relatório gerencial dos eventos adversos e das queixas técnicas com todos os produtos](#)

[Relatório gerencial dos eventos adversos relacionados com todos os produtos](#)

[Relatório gerencial das queixas técnicas relacionadas com todos os produtos](#)

[Relatório gerencial das intoxicações relacionadas com todos os produtos](#)





# NOTIVISA

Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária

[Acesso ao Sistema](#)

[apresentação](#) [manual](#) [cadastro](#) [esquemas XML](#) [alertas](#) [legislação](#) [relatórios](#) [links de interesse](#) [fale conosco](#)





# NOTIVISA

Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária

acesso  
ao sistema

- apresentação
- manual
- cadastro
- esquemas XML
- alertas
- legislação
- relatórios
- links de interesse
- fale conosco

## Links de Interesse

[Gerais](#)

[Medicamentos](#)

Produtos para Saúde - [Artigos, Equipamentos Médico-Hospitalares e Kits Reagentes para Diagnóstico \*In Vitro\*](#)

[Saneantes](#)



**ANVISA**  
Agência Nacional de Vigilância Sanitária


Ministério da  
Saúde





# NOTIVISA

Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária



[Acesso ao Sistema](#)

[apresentação](#) [manual](#) [cadastro](#) [esquemas XML](#) [alertas](#) [legislação](#) [relatórios](#) [links de interesse](#) [fale conosco](#)

## [Alertas de 2014](#)

[Alertas de 2013 \(a partir de 13 de novembro\)](#)

[Alerta 1324: Alerta de segurança sobre o SISTEMA DE RESSUSCITAÇÃO AUTOPULSE MOD. 100, da Zoll](#)

[Alerta 1323: Alerta de segurança sobre ACELERADOR LINEAR ELEKTA, da Elekta](#)

[Alerta 1322: Alerta de segurança para uso da máquina HOMECHOICE PARA DIÁLISE PERITONEAL, da Baxter](#)

[Alerta 1321: Possibilidade de fratura do fio do sistema de liberação do dispositivo ENDOPRÓTESE ANACONDA, da Terumo](#)

[Alerta 1320: Alerta sobre os Produtos ADVIA 1200 Chemistry System – Registro nº 10345160456; ADVIA 1650 Chemistry System - Registro nº 10345160453; ADVIA 1800 CHEMISTRY SYSTEM - Registro nº 10345160836; ADVIA 2400 Chemistry System - Registro nº 10345160471](#)

[Alerta 1319: Alerta sobre o Produto Agulha Descartável EMBRAMAC – Registro 10201230119](#)

[Alerta 1318: Alerta sobre o Produto Agulha Descartável EMBRAMAC – Registro 10201230081](#)

[Alerta 1317: Alerta sobre o Produto Dissector PKS Lyons \(Classe de Risco II - Médio Risco\), registrado pela empresa Flex Lab](#)

[Alerta 1316: Alerta sobre o ACELERADOR LINEAR ELEKTA, da Elekta Ltda](#)

[Alerta 1315: Riscos associados à remoção do produto CÂNULA VENOSA QUICKDRAW, da Edwards](#)

[Alerta 1314: Alerta de segurança relacionado ao CALIBRADOR IMUNODIAGNOSTICO VITROS PARA CA 125 II, da empresa Johnson & Johnson do Brasil Ind. e Com. de Prod. para Saúde Ltda](#)

[Alerta 1313: Orientação de uso relacionada aos produtos RAPIDLab 1200 SYSTEMS; RAPIDPoint 400 Series e RAPIDPoint 500 SYSTEM, da empresa Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda](#)

[Alerta 1311: Alerta de Recolhimento do produto EMBOL-X GLIDE , da Edwards Edwards Lifesciences](#)

[Alerta 1310: Alerta de complementação de Instruções de Uso, da empresa Siemens Healthcare Diagnostics Inc.](#)

[Alerta 1309: Alteração nas Instruções de Uso do produto Grampeador circular - Registro Nº 80081350317, da empresa FLEX LAB COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA.](#)

[Alerta 1308: Recolhimento do produto Substituto ósseo sintético injetável Jectos - Registro Nº 80240590014, da empresa ORTECH MEDICAL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA](#)

[Alerta 1307: Correção de segurança em campo do produto Sistema de Imagem BrightView XCT, da empresa Philips Medical Systems Ltda](#)

[Alerta 1306: Recolhimento do produto Seringa Hipodérmica Descartável 60ml, da empresa Labor Import](#)

**Influenza A (H1N1)**  
notificação de antivirais



**Informe seus dados para acesso**

e-Mail:

Senha:

Profissionais de instituições/empresas, para recuperar ou alterar a senha de acesso [clique aqui.](#)

Profissionais de saúde liberais, para recuperar a senha de acesso [clique aqui.](#)



www8.anvisa.gov.br/notivisa/frmErro.asp?nMsg=MN145

Aplicativos Anvisa - Medicamento... Sites Sugeridos Importado do IE Verificando solução de...

Ministério da Saúde



Sistema de Notificações para a Vigilância Sanitária



Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação Espaço Cidadão Profissional de Saúde Setor Regulado

Categoria : desconhecido

Perfil : desconhecido



Sair

## Erro

O usuário não foi encontrado ou está bloqueado. Caso o usuário erre a senha oito vezes consecutivas seu cadastro será bloqueado. Neste caso enviar e-mail para [cadastro.sistemas@anvisa.gov.br](mailto:cadastro.sistemas@anvisa.gov.br) solicitando uma nova senha. Informar nome completo, nome da mãe, data de nascimento, e-mail e cpf.

[Voltar](#)

[Manual](#)

[Versão](#)

[Dicionário de exportação](#)

[Alterar senha de acesso](#)



**ANVISA**

Agência Nacional de Vigilância Sanitária









Ministério da Saúde



Categoria : Visa estadual

Perfil : notivisa tecnicoSNVS

## Notificações pendentes

-  Notificar
-  Assistência à Saúde
-  Notificações Pendentes
-  Acompanhar Notificação
-  Gerenciar Notificações
-  Exportações Específicas
-  Importar Notificação
-  Sair

## Notificações Pendentes de Conclusão:

Data	Notificação	Produto Motivo	Tipo
16/05/2013	<a href="#">2013.05.000090</a>	Uso de sangue ou componente	Evento Adverso
17/07/2013	<a href="#">2013.07.000028</a>	Uso de sangue ou componente	Evento Adverso
15/08/2013	<a href="#">2013.08.000020</a>	Uso de sangue ou componente	Evento Adverso
29/01/2014	<a href="#">2014.01.000022</a>	Uso de sangue ou componente	Evento Adverso


[Manual](#)[Versão](#)[Dicionário de exportação](#)[Alterar senha de acesso](#)



**Categoria :** Visa estadual

**Perfil :** notivisa tecnicoSNVS

## Notificações pendentes

 Notificar

 Assistência  
à Saúde

 Notificações  
Pendentes

 Acompanhar  
Notificação

 Gerenciar  
Notificações

 Exportações  
Específicas

 Importar  
Notificação

 Sair

### Notificações Pendentes de Conclusão:

Data	Notificação	Produto Motivo	Tipo
16/05/2013	<a href="#">2013.05.000090</a>	Uso de sangue ou componente	Evento Adverso
17/07/2013	<a href="#">2013.07.000028</a>	Uso de sangue ou componente	Evento Adverso
15/08/2013	<a href="#">2013.08.000020</a>	Uso de sangue ou componente	Evento Adverso
29/01/2014	<a href="#">2014.01.000022</a>	Uso de sangue ou componente	Evento Adverso


[Manual](#)

[Versão](#)

[Dicionário de exportação](#)

[Alterar senha de acesso](#)

# Funcionalidades do Notivisa



→ *Permite o preenchimento e envio dos formulários de notificação*



→ *Permite ao notificador a visualização das notificações geradas e não enviadas ao SNVS.*



→ *Permite ao notificador o acompanhamento das notificações enviadas ao SNVS.*




→ *Esta funcionalidade permite aos Técnicos SNVS o gerenciamento das notificações enviadas ao SNVS.*



→ *Permite as instituições que tem outros sistemas de informação com dados semelhantes enviar seus dados ao SNVS.*



→ *Permite a exportação dos dados para o excell.*



→ *Saída do Sistema.*

Categoria : Visa estadual

Perfil : notivisa tecnicoSNVS

Notificar

Assistência  
à SaúdeNotificações  
PendentesAcompanhar  
NotificaçãoGerenciar  
NotificaçõesExportações  
EspecíficasImportar  
Notificação

Sair

[Manual](#)[Versão](#)[Dicionário de exportação](#)[Alterar senha de acesso](#)

## Formulário para notificação de queixa técnica ou evento adverso

Identificação

## 1 - Identificação do Notificador

1.1. Nome completo:

Manoel Teste

1.2. e-Mail:

manoel.teste@anvisa.gov.br

1.3. Telefone:

1.4. Celular:

1.5. Categoria do notificador:

Visa estadual

## 2 - Produto Motivo da Notificação

- 2.1.  Medicamento
- 2.2.  Vacina e Imunoglobulina
- 2.3.  Pesquisa Clínica
- 2.4.  Artigo Médico-Hospitalar (Implante Ortopédico, DIU, Válvula Cardíaca, Seringa, Catéter, Equipos, etc.)
- 2.5.  Equipamento Médico-Hospitalar (Marpasso, Ventilador Pulmonar, Bomba de Infusão, etc.)
- 2.6.  Kit Reagente para Diagnóstico *in vitro*
- 2.7.  Cosmético, Produto de Higiene Pessoal ou Perfume
- 2.8.  Uso de Sangue ou Componente
- 2.9.  Saneantes
- 2.10.  Agrotóxico

Avançar

Categoria : Visa estadual

Perfil : notivisa tecnicoSNVS

Notificar

Assistência  
à SaúdeNotificações  
PendentesAcompanhar  
NotificaçãoGerenciar  
NotificaçõesExportações  
EspecíficasImportar  
Notificação

Sair

[Manual](#)[Versão](#)[Dicionário de exportação](#)[Alterar senha de acesso](#)

## Formulário para notificação de queixa técnica ou evento adverso

## Identificação

## 1 - Identificação do Notificador

1.1. Nome completo:

Manoel Teste

1.2. e-Mail:

manoel.teste@anvisa.gov.br

1.3. Telefone:

1.4. Celular:

1.5. Categoria do notificador:

Visa estadual

## 2 - Produto Motivo da Notificação

- 2.1.  Medicamento
- 2.2.  Vacina e Imunoglobulina
- 2.3.  Pesquisa Clínica
- 2.4.  Artigo Médico-Hospitalar (Implante Ortopédico, DIU, Válvula Cardíaca, Seringa, Catéter, Equipos, etc.)
- 2.5.  Equipamento Médico-Hospitalar (Marcapasso, Ventilador Pulmonar, Bomba de Infusão, etc.)
- 2.6.  Kit Reagente para Diagnóstico *in vitro*
- 2.7.  Cosmético, Produto de Higiene Pessoal ou Perfume
- 2.8.  Uso de Sangue ou Componente
- 2.9.  Saneantes
- 2.10.  Agrotóxico

Houve dano à saúde?  Sim  Não

# Funcionalidades do Notivisa

2 - Produto Motivo da Notificação

- 2.1.  Medicamento
- 2.2.  Vacina e Imunoglobulina
- 2.3.  Pesquisa Clínica
- 2.4.  Artigo Médico-Hospitalar (Implante Ortopédico, DIU, Válvula Cardíaca, Seringa, Catéter, Equipo, etc.)
- 2.5.  Equipamento Médico-Hospitalar (Marcapasso, Ventilador Pulmonar, Bomba de Infusão, etc.)
- 2.6.  Kit Reagente para Diagnóstico *in vitro*
- 2.7.  Cosmético, Produto de Higiene Pessoal ou Perfume
- 2.8.  Uso de Sangue ou Componente
- 2.9.  Saneantes
- 2.10.  Agrotóxico

Houve dano à saúde?  Sim  Não

**Eventos Adversos (EA):** entendido como qualquer efeito não desejado, na saúde humana, decorrente do uso de produtos sob vigilância sanitária. (Inefetividade, RAM, Erro de medicação, *off-label*)

**Queixas Técnicas (QT):** qualquer notificação de suspeita de alteração/irregularidade de um produto/empresa relacionada a aspectos técnicos ou legais, e que poderá ou não causar dano à saúde individual e coletiva.






Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço  
CidadãoProfissional  
de SaúdeSetor  
Regulado**Categoria** : Visa estadual**Perfil** : notivisa tecnicoSNVS
 Notificar

 Assistência  
à Saúde

 Notificações  
Pendentes

 Acompanhar  
Notificação

 Gerenciar  
Notificações

 Exportações  
Específicas

 Importar  
Notificação

 Sair
[Manual](#)[Versão](#)[Dicionário de exportação](#)[Alterar senha de acesso](#)

## Formulário para notificação de queixa técnica ou evento adverso

Identificação

### 1 - Identificação do Notificador

1.1. Nome completo:

Manoel Teste

1.2. e-Mail:

manoel.teste@anvisa.gov.br

1.3. Telefone:

1.4. Celular:

1.5. Categoria do notificador:

Visa estadual

### 2 - Produto Motivo da Notificação

- 2.1.  Medicamento
- 2.2.  Vacina e Imunoglobulina
- 2.3.  Pesquisa Clínica
- 2.4.  Artigo Médico-Hospitalar (Implante Ortopédico, DIU, Válvula Cardíaca, Seringa, Catéter, Equipo, etc.)
- 2.5.  Equipamento Médico-Hospitalar (Marcapasso, Ventilador Pulmonar, Bomba de Infusão, etc.)
- 2.6.  Kit Reagente para Diagnóstico *in vitro*
- 2.7.  Cosmético, Produto de Higiene Pessoal ou Perfume
- 2.8.  Uso de Sangue ou Componente
- 2.9.  Saneantes
- 2.10.  Agrotóxico

**Houve dano à saúde?**  Sim  Não


**Caso queira notificar uma suspeita de inefetividade terapêutica, responda "Sim" à pergunta "Houve dano a saúde?"**


Categoria : Visa estadual


Perfil : notivisa tecnicoSNVS

## Formulário para notificação de Queixa Técnica de Medicamento

### Número da Notificação: 2014.11.000011

 Notificar

 Assistência à Saúde

 Notificações Pendentes

 Acompanhar Notificação

 Gerenciar Notificações

 Exportações Específicas

 Importar Notificação

 Sair
[Manual](#)[Versão](#)[Dicionário de exportação](#)[Alterar senha de acesso](#)

Motivo Produto e Empresa Outras Informações Pendências

### 3 - Tipo de Queixa Técnica

3.1. Selecione uma das opções: (\*)

...: Selecione ...

...: Selecione ...

Produto com suspeita de desvio da qualidade  
 Produto com suspeita de estar sem registro  
 Suspeita de empresa sem autorização de funcionamento (AFE)  
 Suspeita de produto falsificado  
 Suspeita de outras práticas irregulares

4.2. Data da identificação do problema: (\*)

Dia ▼

Mês ▼

Ano ▼

4.3. Local da identificação do problema:

...: Selecione ...

4.4. Endereço do local da identificação do problema:

4.5. País: (\*)

BRASIL ▼

4.6. UF: (\*)

...: Selecione ... ▼

4.7. Município: (\*)

...: Selecione ... ▼

(\*) Campo obrigatório

Excluir

&lt;&lt;


&gt;&gt;


Salvar

Enviar

**Categoria :** Visa estadual

**Perfil :** notivisa tecnicoSNVS

 Notificar

 Assistência à Saúde

 Notificações Pendentes

 Acompanhar Notificação

 Gerenciar Notificações

 Exportações Específicas

 Importar Notificação

 Sair

[Manual](#)

[Versão](#)

[Dicionário de exportação](#)

[Alterar senha de acesso](#)

## Formulário para notificação de Queixa Técnica de Medicamento

Número da Notificação: 2014.11.000011

Motivo

Produto e Empresa

Outras Informações

Pendências

### 3 - Tipo de Queixa Técnica

3.1. Selecione uma das opções: (\*)

...: Selecione ...

### 4 - Queixa Técnica

4.1. Descreva detalhadamente a Queixa Técnica : (\*)

4.2. Data da identificação do problema: (\*)

Dia ▼ Mês ▼ Ano ▼

4.3. Local da identificação do problema:

...: Selecione ...

4.4. Endereço do local da identificação do problema:

4.5. País: (\*)

BRASIL ▼

4.6. UF: (\*)

...: Selecione ... ▼

4.7. Município: (\*)

...: Selecione ... ▼

(\*) Campo obrigatório

[Excluir](#)

<< >>

[Salvar](#)

[Enviar](#)

Categoria : Visa estadual

Perfil : notivisa tecnicoSNVS

### Formulário para notificação de Queixa Técnica de Medicamento Número da Notificação: 2014.11.000011



- Notificar
- Assistência à Saúde
- Notificações Pendentes
- Acompanhar Notificação
- Gerenciar Notificações
- Exportações Específicas
- Importar Notificação
- Sair

[Manual](#)

[Versão](#)

[Dicionário de exportação](#)

[Alterar senha de acesso](#)

- Motivo
- Produto e Empresa
- Outras Informações
- Pendências

#### 3 - Tipo de Queixa Técnica

3.1. Selecione uma das opções: (\*)

Produto com suspeita de desvio da qualidade

#### 4 - Queixa Técnica

4.1. Descreva detalhadamente a Queixa Técnica : (\*)

4.2. Data da identificação do problema: (\*)

Dia ▼ Mês ▼ Ano ▼

4.3. Local da identificação do problema:

...: Selecione ...  
...: Selecione ...  
Estabelecimento de saúde  
Residência  
Outro

4.4. Endereço do local da identificação do problema:

(\*)  
...: Selecione ...

4.7. Município: (\*)

...: Selecione ...

(\*) Campo obrigatório

[Excluir](#)

<< >>

[Salvar](#)

[Enviar](#)

Categoria : Visa estadual

Perfil : notivisa tecnicoSNVS

Formulário para notificação de Queixa Técnica de Medicamento  
Número da Notificação: 2014.11.000011

Motivo Produto e Empresa Outras Informações Pendências

## 3 - Tipo de Queixa Técnica

3.1. Seleccione uma das opções: (\*)

Produto com suspeita de desvio da qualidade

## 4 - Queixa Técnica

4.1. Descreva detalhadamente a Queixa Técnica : (\*)

4.2. Data da identificação do problema: (\*)

Dia ▼ Mês ▼ Ano ▼

4.3. Local da identificação do problema:

...: Seleccione ...

4.4. Endereço do local da identificação do problema:

4.5. País: (\*)

BRASIL

4.6. UF: (\*)

...: Seleccione ...

4.7. Município: (\*)

...: Seleccione ...

(\*) Campo obrigatório

Excluir

Salvar

Enviar

Notificar

Assistência  
à SaúdeNotificações  
PendentesAcompanhar  
NotificaçãoGerenciar  
NotificaçõesExportações  
EspecíficasImportar  
Notificação

Sair

[Manual](#)[Versão](#)[Dicionário de exportação](#)[Alterar senha de acesso](#)



Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço  
CidadãoProfissional  
de SaúdeSetor  
Regulado









Categoria : Visa estadual

Perfil : notivisa tecnicoSNVS

## Formulário para notificação de Queixa Técnica de Medicamento

Número da Notificação: 2014.11.000012



-  Notificar
-  Assistência à Saúde
-  Notificações Pendentes
-  Acompanhar Notificação
-  Gerenciar Notificações
-  Exportações Específicas
-  Importar Notificação
-  Sair

Motivo    Produto e Empresa    Outras Informações    Pendências

### 5 - Produto e Empresa

5.1. Número do registro na ANVISA/MS:

Pesquisar

5.2. CNPJ da empresa fabricante ou importador:

Pesquisar

### 6 - Dados do Produto

6.1. Nome comercial do medicamento:

Pesquisar

6.2. Apresentação:

6.3. Forma farmacêutica:

6.4. Substância ativa (Princípio ativo):

6.5. Data de fabricação:

6.6. Número do lote:

6.7. Data de validade:

6.8. Produto importado?

 Sim     Não

(\*) Campo obrigatório





[Dicionário de exportação](#)
[Alterar senha de acesso](#)

**Categoria :** Visa estadual

**Perfil :** notivisa tecnicoSNVS

## Formulário para notificação de Queixa Técnica de Medicamento

Número da Notificação: 2014.11.000012



- Notificar
- Assistência à Saúde
- Notificações Pendentes
- Acompanhar Notificação
- Gerenciar Notificações
- Exportações Específicas
- Importar Notificação
- Sair

- [Manual](#)
- [Versão](#)
- [Dicionário de exportação](#)
- [Alterar senha de acesso](#)

Motivo	Produto e Empresa	Outras Informações	Pendências
<b>5 - Produto e Empresa</b>			
5.1. Número do registro na ANVISA/MS: <input type="text"/> <input type="button" value="Pesquisar"/>		5.2. CNPJ da empresa fabricante ou importador: <input type="text"/> <input type="button" value="Pesquisar"/>	
<b>6 - Dados do Produto</b>			
6.1. Nome comercial do medicamento: <input type="text"/> <input type="button" value="Pesquisar"/>			
6.2. Apresentação: <input type="text" value="...:Selecione:..."/>		6.3. Forma farmacêutica: <input type="text"/>	
6.4. Substância ativa (Princípio ativo): <input type="text"/>		6.5. Data de fabricação: Dia <input type="text"/> Mês <input type="text"/> Ano <input type="text"/>	
6.6. Número do lote: <input type="text"/>		6.7. Data de validade: Dia <input type="text"/> Mês <input type="text"/> Ano <input type="text"/>	
6.8. Produto importado? <input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não			
<b>7 - Dados do importador</b>			
7.1. Nome ou razão social do importador: <input type="text"/>			
7.2. Endereço do importador: <input type="text"/>			
7.3. Número do telefone/SAC do importador: <input type="text"/>			
7.4. UF do importador: <input type="text" value="...: Selecione ..."/>		7.5. Município do importador: <input type="text" value="...: Selecione ..."/>	
7.6. Nome do fabricante: <input type="text"/>		7.7. País do fabricante: <input type="text" value="...: Selecione ..."/>	
<input type="button" value="Limpar dados da empresa e do produto"/>			

(\*) Campo obrigatório

Categoria : Visa estadual

Perfil : notivisa tecnicoSNVS

## Formulário para notificação de Queixa Técnica de Medicamento

Número da Notificação: 2014.11.000012



Motivo

Produto e Empresa

Outras Informações

Pendências

### 5 - Produto e Empresa

5.1. Número do registro na ANVISA/MS:

Pesquisar

5.2. CNPJ da empresa fabricante ou importador:

Pesquisar

### 6 - Dados do Produto

6.1. Nome comercial do medicamento:

Pesquisar

6.2. Apresentação:

6.3. Forma farmacêutica:

6.4. Substância ativa (Princípio ativo):

6.5. Data de fabricação:




6.6. Número do lote:

6.7. Data de validade:




6.8. Produto importado?

 Sim
  Não

### 7 - Dados do fabricante

7.1. Nome ou razão social do fabricante:

7.2. Endereço do fabricante:

7.3. Número do telefone/SAC do fabricante:

7.4. UF do fabricante:

7.5. Município do fabricante:






(\*) Campo obrigatório



**Categoria :** Visa estadual**Perfil :** notivisa tecnicoSNVS

## Formulário para notificação de Queixa Técnica de Medicamento

Número da Notificação: 2014.11.000012

 Notificar Assistência  
à Saúde Notificações  
Pendentes Acompanhar  
Notificação Gerenciar  
Notificações Exportações  
Específicas Importar  
Notificação Sair[Manual](#)[Versão](#)[Dicionário de exportação](#)[Alterar senha de acesso](#)

Motivo

Produto e Empresa

Outras Informações

Pendências

### 8 - Outras informações importantes

8.1. A utilização do produto seguiu as instruções do fabricante?

 Sim  Não  Ignorado  Não se aplica

8.2. Local de aquisição do medicamento:

...: Selecione ...

8.3. Possui nota fiscal da compra do medicamento?

 Sim  Não  Ignorado  Não se aplica

8.4. Houve comunicação à indústria/distribuidor?

 Sim  Não  Ignorado  Não se aplica

8.5. Foram adotadas outras providências após a identificação do problema?

 Sim  Não  Ignorado  Não se aplica

8.6. Existem amostras íntegras para a coleta?

 Sim  Não  Ignorado  Não se aplica

8.7. Existem rótulos do medicamento para a coleta?

 Sim  Não  Ignorado  Não se aplica

8.8. Observações:

(\*) Campo obrigatório

Excluir

&lt;&lt; &gt;&gt;

Salvar

Enviar

# Formulário para notificação de Queixa Técnica de Medicamento

Número da Notificação: 2014.11.000012



- Notificar
- Assistência à Saúde
- Notificações Pendentes
- Acompanhar Notificação
- Gerenciar Notificações
- Exportações Específicas
- Importar Notificação
- Sair

[Manual](#)[Versão](#)[Dicionário de exportação](#)[Alterar senha de acesso](#)

Motivo

Produto e Empresa

Outras Informações

Pendências

## 8 - Outras informações importantes

8.1. A utilização do produto seguiu as instruções do fabricante?

Sim  Não  Ignorado  Não se aplica

8.2. Local de aquisição do medicamento:

... Seleccione ...

8.3. Possui nota fiscal da compra do medicamento?

Sim  Não  Ignorado  Não se aplica

8.4. Houve comunicação à indústria/distribuidor?

Sim  Não  Ignorado  Não se aplica

Por correio

Por e-Mail

Por Fax

Por representante

Por Telefone

Outra Forma

8.5. Foram adotadas outras providências após a identificação do problema?

8.5.1. Citar:   Sim  Não  Ignorado  Não se aplica

8.6. Existem amostras íntegras para a coleta?

Sim  Não  Ignorado  Não se aplica

8.6.1. Quantas?

**Mantenha-as em seu poder e somente as entregue à Vigilância Sanitária quando solicitado.**

8.7. Existem rótulos do medicamento para a coleta?

Sim  Não  Ignorado  Não se aplica

**Mantenha-os em seu poder e somente os entregue à Vigilância Sanitária quando solicitado.**

8.8. Observações:

(\*) Campo obrigatório

Excluir

<< >>

Salvar

Enviar

Categoria : Visa estadual  
Perfil : notivisa tecnicoSNVS

Formulário para notificação de Queixa Técnica de Medicamento  
Número da Notificação: 2014.11.000012

- Notificar
- Assistência à Saúde
- Notificações Pendentes
- Acompanhar Notificação
- Gerenciar Notificações
- Exportações Específicas
- Importar Notificação
- Sair

- Motivo
- Produto e Empresa
- Outras Informações
- Pendências

**Pendências**

Os seguintes campos necessitam verificação:

**Motivo:**  
 Data da identificação: Campo obrigatório não preenchido.  
 Descreva detalhadamente a Queixa Técnica/Evento Adverso: Campo obrigatório não preenchido.  
 Município: Campo obrigatório não preenchido.  
 Selecione uma das opções: Campo obrigatório não preenchido.

Excluir << >> Enviar

- [Manual](#)
- [Versão](#)
- [Dicionário de exportação](#)
- [Alterar senha de acesso](#)

# Situação da Notificação no Notivisa

- Existem 5 possibilidades de *status* da notificação
  - Enviada – Notificação da forma que foi emitida
    - Em análise
    - Concluída
    - Em investigação
    - Em agrupamento
- Situações das notificações inativas
  - Retificada
  - Em retificação
  - Excluídas



# O gerenciamento das notificações enviadas e recebidas pelo SNVS







## Gerenciar Notificações

- É a funcionalidade de maior utilidade do técnico do SNVS
- Possibilita fazer pesquisas e o registro das ações de VISA relacionada as notificações em tempo real
- Recomendável fazer o gerenciamento diário
  - Enviada
  - Em análise
  - Concluída
  - Em investigação
  - Em agrupamento: Gerenciamento quinzenal

 **Assistência à Saúde**


 **Notificações Pendentes**

 **Acompanhar Notificação**

 **Gerenciar Notificações**

 **Exportações Específicas**

 **Importar Notificação**

 **Sair**

[Manual](#)

[Versão](#)

[Dicionário de exportação](#)

[Alterar senha de acesso](#)

Filtros								
<b>Número da notificação:</b> <input type="text"/>								
<b>Data inicial:</b> Dia ▼ Mês ▼ Ano ▼		<b>Data final:</b> Dia ▼ Mês ▼ Ano ▼						
<b>Produto Motivo da Notificação:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Medicamento</li><li><input type="checkbox"/> Vacina e Imunoglobulina</li><li><input type="checkbox"/> Pesquisa Clínica</li><li><input type="checkbox"/> Artigo Médico-Hospitalar</li><li><input type="checkbox"/> Equipamento Médico-Hospitalar</li><li><input type="checkbox"/> Kit para Diagnóstico in vitro</li><li><input type="checkbox"/> Cosmético, Produto de Higiene Pessoal ou Perfume</li><li><input type="checkbox"/> Uso de sangue ou componente</li><li><input type="checkbox"/> Saneantes</li><li><input type="checkbox"/> Agrotóxico</li><li><input type="checkbox"/> CIAT - Intoxicação Humana</li><li><input type="checkbox"/> CIAT - Intoxicação Animal</li><li><input type="checkbox"/> CIAT - Informação Toxicológica</li></ul>		<b>Tipo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Queixa Técnica</li><li><input type="checkbox"/> Evento Adverso</li></ul> <b>Selecione o evento adverso (WHO-ART):</b> <input type="text"/> <input type="button" value="Pesquisar"/>						
<table border="1"><thead><tr><th>Código:</th><th>Nome:</th><th>Excluir:</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>			Código:	Nome:	Excluir:			
Código:	Nome:	Excluir:						
<b>Empresa:</b> <input type="text"/>		<b>CNPJ:</b> <input type="text"/>						
<b>Nome comercial do produto:</b> <input type="text"/>		<b>Número de Registro do produto:</b> <input type="text"/>						
<b>Número do lote:</b> <input type="text"/>								

**O produto apresenta alterações:**

Sim  Não  Ignorado  Não se aplica

**UF da Identificação ou Ocorrência:**

...: Selecione ... ▼

**Município da Identificação ou Ocorrência:**

...: Selecione ... ▼

**Categoria do notificador:**

Banco de células e Tecidos Germinativos  
CIAT  
Empresa Privada  
Estabelecimento de Assistência a Saúde  
Hospital Sentinela

**Evolução:**

...: Selecione ... ▼

**Importada:**

Sim  Não

**Situação:**

Enviada  Em análise  Concluída pelo SNVS  Em investigação  Em agrupamento  Concluída na origem

**Conclusão da investigação:**

Confirmado  Provável  Possível  Improvável  Inconclusivo  Descartado

**Pesquisar Inativos:**

Retificada  Em Retificação  Excluída

Pesquisar

Gerenciar notificações



**Empresa:**  **CNPJ:**

**Nome comercial do produto:**  **Número de Registro do produto:**

**O produto apresenta alterações:**  
 Sim  Não  Ignorado  Não se aplica

**UF da Identificação ou Ocorrência:**  **Município da Identificação ou Ocorrência:**

**Categoria do notificador:**   
 CIAT  
 Empresa  
 Estabelecimento de Saúde  
 Hospital Sentinela

**Evolução:**

**Situação:**  
 Enviada  Em análise  Concluída  Em investigação  Em agrupamento

**Conclusão da investigação:**  
 Confirmado  Provável  Possível  Improvável  Inconclusivo  Descartado

**Pesquisar Inativos:**  
 Retificada  Em Retificação  Excluída

### Gerenciar notificações

Total de Itens Recuperados: 2

Item	Notificação	Data	Tipo	Nome do Produto/ Reação	Empresa/ Instituição	Notificador	Situação	Hist.	Exc/Rec
<input type="checkbox"/>	<a href="#">2009-10.001085</a>	10/10/2008	QT	BICARBONATO DE	LABORATORIO C.	Patrícia Sayuri Kat	Enviada		
<input type="checkbox"/>	<a href="#">2009-11.000802</a>	10/11/2009	QT	MODERN DIET	LABORATORIO C.	ANNA LUISA ZAG	Enviada		

Marcar/Desmarcar Todos

**Exportar notificações**

[Exportar Notificações](#)

**1 - Identificação do Notificador:**

**1.1. Nome completo:**

JOSE ROMERIO RABELO MELO

**1.2. e-Mail:**

romerio.melo@anvisa.gov.br

**1.3. Telefone:**

**1.4. Celular:**

**1.5. Categoria do notificador:**

Instituicao : Anvisa

**2 - Identificação da Notificação**

**Produto motivo da notificação**

Medicamento

**Queixa Técnica/Evento Adverso:**

Queixa Técnica

**3 - Queixa Técnica**

**3.1. Tipo de Queixa Técnica:**

Suspeita de outras práticas irregulares

**4 - Queixa Técnica/Evento Adverso**

**4.1 Descrição detalhada da Queixa Técnica**

BLISTAGEM EM TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS PELA ANVISA

**4.2. Data da identificação do problema**

19/02/2014

**4.3. Local da identificação do problema**

Outro - COPRE/GGMED

**4.4. Endereço do local da identificação do problema:**

**4.5. País:**

BRASIL

**4.6. UF:**

Distrito Federal

**4.7. Município:**

BRASÍLIA

**5 - Produto e Empresa**

**5.1. Número do registro ou cadastro na ANVISA:**

1134300520022

**5.2. CNPJ da empresa fabricante ou importador:**

19.570.720/0001-10

**6 - Dados do Produto**

**6.1. Nome comercial do medicamento:**

NOVOSIL

**6.2. Apresentação:**

10 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20

**6.3. Forma farmacêutica:**

COMPRIMIDO SIMPLES

**6.4. Substância ativa (Princípio ativo):**

METOCLOPRAMIDA

**6.5. Data de fabricação:**

**6.6. Número do lote:**

0786/11

**6.7. Data de validade:**



# Alimentando o histórico e fazendo o gerenciamento das notificações enviadas e recebidas pelo SNVS



**Empresa:**  **CNPJ:**

**Nome comercial do produto:**  **Número de Registro do produto:**

**O produto apresenta alterações:**  
 Sim  Não  Ignorado  Não se aplica

**UF da Identificação ou Ocorrência:**  **Município da Identificação ou Ocorrência:**

**Categoria do notificador:**

**Evolução:**

**Situação:**  
 Enviada  Em análise  Concluída  Em investigação  Em agrupamento

**Conclusão da investigação:**  
 Confirmado  Provável  Possível  Improvável  Inconclusivo  Descartado

**Pesquisar Inativos:**  
 Retificada  Em Retificação  Excluída

**Gerenciar notificações**

Total de Itens Recuperados: 2

Item	Notificação	Data	Tipo	Nome do Produto/ Reação	Empresa/ Instituição	Notificador	Situação	Hist.	Exc/Rec
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2008.10.001085</a>	10/10/2008	QT	BICARBONATO DE	LABORATORIO C.	Patrícia Sayuri Kat	Enviada		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">2009.11.000802</a>	10/11/2009	QT	MODERN DIET	LABORATORIO C.	ANNA LUISA ZAG	Enviada		<input checked="" type="checkbox"/>

Marcar/Desmarcar Todos

**Exportar notificações**

[Exportar Notificações](#)

Windows Internet Explorer

http://www8.anvisa.gov.br/notivisa/fmHistorico.asp?Notificacao=200810001085-

**Histórico da Notificação 2008.10.001085**

Nenhum registro encontrado

**Novo histórico**

Situação:

Concluído

Internet 100%





# Opções do Histórico

- Em Análise
- Análise Concluída
- Em investigação
- Em agrupamento



**ANVISA**

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Ministério da  
**Saúde**





# Em Análise

- Situação que após a classificação de risco da queixa, o investigador necessita de maiores informações para entender a denúncia, ou o investigador irá entrar em contato com a VISA local do fabricante denunciado ou terá que entrar em contato com o denunciante



**ANVISA**

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Ministério da  
Saúde





# Análise Concluída

**Novo histórico**

Situação:  
Análise concluída ▼

Conclusão da investigação:

- Confirmado
- Provável
- Possível
- Improvável
- Inconclusivo
- Descartado

Observação:



# Opções do Histórico

- **CONFIRMADO:** Quando a investigação está finalizada pelo investigador e a queixa relatada foi confirmada pelas evidencias levantadas durante a investigação do caso
- **PROVÁVEL/POSSIVEL:** Quando a investigação está finalizada pelo investigador, no entanto não foi possível identificar evidencias fortes pra confirmar o desvio. Essa situação de dar muitas vezes por falta de provas materiais, mais existem hipóteses que podem ser comprovadas o desvio ou por correlação de um laudo insatisfatório de um mesmo produto/fabricante.



**ANVISA**  
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Ministério da  
Saúde







# Opções do Histórico

- **INCONCLUSIVO:** Quando a investigação está finalizada pelo investigador, no entanto não foi possível prosseguir com a investigação, devido a falta de informações suficientes para confirmar ou descartar o caso.
- **DESCARTADO:** Quando a investigação está finalizada pelo investigador e existe informações suficientes para negar a queixa, ou seja descartar o desvio denunciado.



**ANVISA**  
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Ministério da  
Saúde





# A funcionalidade Exportação específica



## **A funcionalidade Exportação específica**

- Permite a exportação para o Excell e diversos outros sistemas para análise de dados.
- A exportação específica tem que ser por 1 produto motivo por vez
- O arquivo exportado no notivisa é o .CSV
- Facilita a análise das notificações diárias, pois permite você ler todas as queixas de uma só vez

**Categoria :** Anvisa  
**Perfil :** notivisa tecnicoSNVS

### Exportação de Notificações

- Notificar
- Assistência à Saúde
- Notificações Pendentes
- Acompanhar Notificação
- Gerenciar Notificações
- Exportações Específicas**
- Importar Notificação
- Sair

- [Manual](#)
- [Versão](#)
- [Dicionário de exportação](#)
- [Alterar senha de acesso](#)

Filtros		
<b>Código da notificação:</b> <input type="text"/>		
<b>Data inicial:</b> Dia ▼ Mês ▼ Ano ▼	<b>Data final:</b> Dia ▼ Mês ▼ Ano ▼	
<b>Motivo: (*)</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> Medicamento</li><li><input type="radio"/> Vacina e Imunoglobulina</li><li><input type="radio"/> Artigo Médico-Hospitalar</li><li><input type="radio"/> Equipamento Médico-Hospitalar</li><li><input type="radio"/> Kit para Diagnóstico <i>in vitro</i></li><li><input type="radio"/> Cosmético, Produto de Higiene Pessoal ou Perfume</li><li><input type="radio"/> Uso de Sangue ou Componente</li><li><input type="radio"/> Saneantes</li><li><input type="radio"/> Agrotóxico</li><li><input type="radio"/> CIAT</li></ul>	<b>Tipo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Queixa Técnica</li><li><input type="checkbox"/> Evento Adverso</li></ul>	<b>Selecione o evento adverso (WHO-ART):</b> <input type="text"/> <input type="button" value="Pesquisar"/>
<b>Empresa:</b> <input type="text"/>	<b>CNPJ:</b> <input type="text"/>	
<b>Nome comercial do produto ou medicamento:</b> <input type="text"/>	<b>Número do Registro do produto:</b> <input type="text"/>	
<b>Número do lote:</b> <input type="text"/>		
<b>UF da Identificação ou Ocorrência:</b> ...: Selecione ... ▼	<b>Município da Identificação ou Ocorrência:</b> ...: Selecione ... ▼	
<b>Categoria do notificador:</b> Banco de células e Tecidos Germinativos CIAT Empresa Estabelecimento de Assistência a Saúde Hospital Sentinela	<b>Evolução:</b> ...: Selecione ... ▼	
<b>Situação:</b> <input type="checkbox"/> Em Retificação <input type="checkbox"/> Retificada <input checked="" type="checkbox"/> Enviada <input checked="" type="checkbox"/> Em análise <input checked="" type="checkbox"/> Concluída <input checked="" type="checkbox"/> Em investigação <input checked="" type="checkbox"/> Em agrupamento		
<b>Conclusão da Investigação:</b> <input type="checkbox"/> Confirmado <input type="checkbox"/> Provável <input type="checkbox"/> Possível <input type="checkbox"/> Improvável <input type="checkbox"/> Inconclusivo <input type="checkbox"/> Descartada		



B10 fx 12/2/2007

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	CNOT	DATANOT	CPRODUT	DPRODUT	TIPONOT	DTIPONOT	DMOTIVO	CSITNOT	DSITNOT	CSITINV	DSITINV	NDAIDEN	NMESIDE	NANOIDEI	CLOCIDEN	DLOCIDEN	DOULIDNT	DENDIDEN	NU
2	2.01E+11	8/12/2006	1	Medicame	1	Queixa téc	o frasco de	5	Concluída	5	Possível	13	11	2006	1	Estabelecimento de s	Campus U	8,	
3	2.01E+11	8/12/2006	1	Medicame	1	Queixa téc	O laborató	3	Enviada			5	9	2006	1	Estabelecimento de s	Campus U	6,	
4	2.01E+11	#####	1	Medicame	1	Queixa téc	O medicar	5	Concluída			7	12	2006	1	Estabelecimento de s	Rua Rui B	8	
5	2.01E+11	#####	1	Medicame	1	Queixa téc	ALTERAÇ	3	Enviada			1	11	2006	1	Estabelecimento de s	Rua Rui B	8	
6	2.01E+11	#####	1	Medicame	1	Queixa téc	Frasco de	5	Concluída	5	Possível	18	12	2006	1	Estabelecimento de s	rua Rui Ba	8	
7	2.01E+11	#####	1	Medicame	1	Queixa téc	Medicame	3	Enviada			28	12	2006	1	Estabelecimento de s	Rua Itajaí,	8,	
8	2.01E+11	3/1/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	seringas d	4	Em análise			28	12	2006	1	Estabelecimento de saúde		8,	
9	2.01E+11	8/2/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Alteração i	5	Concluída			5	2	2007	2	Residência	Campus Unive		
10	2.01E+11	12/2/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Quando re	5	Concluída	4	Confirmad	9	2	2007	1	Estabelecimento de s	Rua Guanã	8,	
11	2.01E+11	14/2/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Rótulo des	4	Em análise			14	2	2007	1	Estabelecimento de s	R. Rui Bar	8	
12	2.01E+11	16/2/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Perdo do r	4	Em análise			15	2	2007	1	Estabelecimento de s	R. Rui Barbo		
13	2.01E+11	23/2/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Os frascos	5	Concluída	5	Possível	16	11	2006	1	Estabelecimento de s	rua irmã bé	8	
14	2.01E+11	2/3/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	lacre de al	6	Retificada			2	3	2007	1	Estabelecimento de s	Avenida Gi	8,	
15	2.01E+11	7/3/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	lacre de al	4	Em análise			2	3	2007	1	Estabelecimento de s	Avenida Gi	8,	
16	2.01E+11	8/3/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Frasco apr	4	Em análise			2	3	2007	1	Estabelecimento de s	R. Rui Barbo		
17	2.01E+11	14/3/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	blister do p	5	Concluída			14	3	2007	1	Estabelecimento de s	Rio do Sul 30		
18	2.01E+11	16/3/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Frasco am	4	Em análise			15	3	2007	1	Estabelecimento de s	RUA ORE	8,	
19	2.01E+11	16/3/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Aparentem	4	Em análise			20	2	2007	1	Estabelecimento de s	RUA ORE	8,	
20	2.01E+11	16/3/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Embalager	4	Em análise			16	2	2007	1	Estabelecimento de s	RUA ORE	8,	
21	2.01E+11	10/5/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	o comprim	5	Concluída	3	Inconclusiv	12	4	2007	1	Estabelecimento de s	Centro - Tubar		
22	2.01E+11	16/4/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Informaçõe	3	Enviada			13	4	2007	1	Estabelecimento de s	Rua Rui B	8	
23	2.01E+11	17/4/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Ampolas d	5	Concluída	3	Inconclusiv	3	4	2007	1	Estabelecimento de s	Rua Rui B	8	
24	2.01E+11	18/4/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Marca para	6	Retificada			17	4	2007	1	Estabelecimento de s	R. Sao Pa	7,	
25	2.01E+11	18/4/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Marca para	6	Retificada			17	4	2007	1	Estabelecimento de s	R. Sao Pa	7,	
26	2.01E+11	24/4/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Partículas	4	Em análise			24	4	2007	1	Estabelecimento de s	238	8,	
27	2.01E+11	25/4/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Borracha d	3	Enviada			24	4	2007	1	Estabelecimento de s	RUA ORE	8,	
28	2.01E+11	25/4/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Ao reconst	3	Enviada			14	4	2007	1	Estabelecimento de s	RUA ORE	8,	
29	2.01E+11	26/4/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Ampola se	5	Concluída	3	Inconclusiv	6	2	2007	1	Estabelecimento de s	RUA ORE	8,	
30	2.01E+11	26/4/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Frasco am	3	Enviada			27	11	2006	1	Estabelecimento de s	RUA ORE	8,	
31	2.01E+11	10/5/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Observa-se	3	Enviada			22	1	2007	1	Estabelecimento de s	RUA ORE	8,	
32	2.01E+11	28/4/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Marca para	3	Enviada			17	4	2007	1	Estabelecimento de s	R. Sao Pa	7,	
33	2.01E+11	11/5/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Produto es	6	Retificada			4	1	2007	1	Estabelecimento de s	RUA ORE	8,	
34	2.01E+11	11/5/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Efeito vasc	5	Concluída	3	Inconclusiv	4	12	2006	1	Estabelecimento de s	RUA ORE	8,	
35	2.01E+11	11/5/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Comprimid	3	Enviada			18	1	2007	1	Estabelecimento de s	RUA ORE	8,	
36	2.01E+11	11/5/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Ausência c	3	Enviada			9	1	2007	1	Estabelecimento de s	RUA ORE	8,	
37	2.01E+11	11/5/2007	1	Medicame	1	Queixa téc	Suposto ci	3	Enviada			16	1	2007	1	Estabelecimento de s	RUA ORE	8,	



# Obrigado!

## **Sítio eletrônico**

<http://www.anvisa.gov.br>

## **Central de Atendimento**

0800 642 9782.

Ligação gratuita de qualquer estado do Brasil.

O horário de funcionamento é das 7h30 às 19h30, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

## **Fale Conosco**

<http://www.anvisa.gov.br/institucional/faleconosco/FaleConosco.asp>

## **Correio Eletrônico da Fiscalização**

[gfisc@anvisa.gov.br](mailto:gfisc@anvisa.gov.br)

## **Atendimento Eletrônico**

<http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/ouvidoria>

Twitter: @anvisa\_oficial



**ANVISA**

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Ministério da  
**Saúde**

