

## Exercício 1

O Consórcio Paraná Saúde adquiriu e distribuiu aos municípios do Estado o Glicosímetro da empresa MEDEXATA. Porém, os usuários têm feito muitas queixas sobre a qualidade das medições.

Avaliem as notificações abaixo, respondam as perguntas e realizem a notificação de uma delas no NOTIVISA.

O aparelho não liga. Realizado troca de pilha, sem sucesso.
Visor com defeito, não apresenta os resultados.
O aparelho não está operando corretamente.
DENÚNCIA RECEBIDA PELO ANVISATENDE - 333122 - onde o denunciante relata a falta de qualidade do monitor de glicose MEDEXATA, além de cobrança de preço abusivo.

1. Quais investigações vocês acham pertinentes realizar?

- Quanto às tiras?
- Quanto ao aparelho?
- Quanto ao paciente e procedimento?

2. Quais dados vocês consideram importantes constar da notificação?

3. Como vocês avaliam as notificações recebidas? (qualidade)