

## **Exercício 2**

O Consórcio Paraná Saúde adquiriu e distribui aos municípios do Estado o Glicosímetro da empresa GLICOSUL. Porém, os usuários têm feito muitas queixas sobre a qualidade das medições.

Avaliem as notificações abaixo, respondam as perguntas e realizem a notificação de uma delas no NOTIVISA.

Aparelho de glicemia Glicosul sofre grande variação de resultados.
glicosímetro da marca Glicosul apresenta mau contato entre a tira capilar e o aparelho, impedindo que a amostra chegue no local da leitura.
Glicosímetro está apresentando resultados alterados. Realizou teste de glicemia em Laboratório credenciado e ao mesmo tempo no aparelho e os resultados obtidos foram diferentes.
Trata- se de um glicosímetro que apresenta resultado da medição muito acima do valor real. Numa comparação entre a dosagem na mesma amostra, no laboratório apresentou resultado de 79mG/dL e no aparelho Glicosul apresentou valor de 400mG/dL.

1. Quais investigações vocês acham pertinentes realizar?

- Quanto às tiras?
- Quanto ao aparelho?
- Quanto ao paciente e procedimento?

2. Quais dados vocês consideram importantes constar da notificação?

3. Como vocês avaliam as notificações recebidas? (qualidade)