

Exercício 3

As marcas de Lancetas “A” “B” e “C” foram reprovadas para compra por um município do Paraná devido a inúmeras queixas sobre sua qualidade.

Avaliem as notificações abaixo.

A	Encontramos algumas (5 - cinco) lancetas sem agulha e outras que a agulha sai junto com o protetor da agulha (mais de 10).
A	AO SER RETIRADO O PROTETOR DA LANCETA, A AGULHA SAI JUNTAMENTE COM ESTE PROTETOR, NÃO SENDO POSSÍVEL UTILIZÁ-LA.
A	Encontramos nas caixas várias lancetas com a agulha solta ou sem a agulha.
A	Ao girar a lanceta para desencaixar a tampa a agulha fica toda ela na tampa, não havendo ponta de agulha para a punção.
B	Produto: LANCETA PARA PUNÇÃO MANUAL “marca B” Registro na ANVISA: 80275319005 Recebemos queixa a respeito da embalagem das lancetas, que rompe facilmente, expondo a lanceta. O rompimento da embalagem prejudica a esterilidade do produto. Com a embalagem rompida, o produto pode causar punção no manuseio dos profissionais. Na embalagem primária consta a informação: Atenção: não utilizar se a embalagem estiver violada.
C	A lanceta não perfura adequadamente a pele do paciente, para coleta de amostra de sangue.
C	Lanceta com dispositivo de segurança não expõe a agulha o suficiente para perfurar a pele. Foram necessárias 11(onze) unidades para perfurar o dedo do paciente.

Descrevam as características de Lancetas para a próxima compra.